

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2024年第7期（总第980期）

物理科学与技术学院党政办公室

2024年9月19日

物理学院 2024 年 9 月实验室安全检查情况通报

2024 年 9 月 10 日，物理学院实验室安全工作组对学院所辖实验室进行了本学期开学后的第一次安全检查，现将检查中发现的问题通报如下：

理工楼 101 房间：实验物品使用完后不整理，桌面脏乱



理工楼 103 房间： 插线板使用不规范，存在安全隐患



理工楼 104 房间：实验室卫生差，垃圾需及时处理；



理工楼 106 房间：实验室卫生差，垃圾需及时处理；电源柜前乱放杂物，柜门被挡。



理工楼 107 房间：插线板使用不规范；实验室卫生差。



理工楼 114 房间：实验台物品不收拾，摆放乱。




理工楼 117 房间：实验台物品不收拾，摆放乱。



理工楼 122-123 房间：乱堆杂物，电源柜门被挡




理工楼 1322 房间：实验室电源柜前堆积大量杂物，有安全隐患



理工楼 1401 房间：插线板使用不规范，在地上放置；乱拉电线，和消防管道捆绑在一起；化学药品保存不规范。






理工楼 1404 房间：插线板使用不规范，乱拉乱放。



理工楼 1411 房间：实验室卫生较差；气体管道布置不规范且用软管，有潜在危险；插线板使用不规范。





理工楼 1418 房间：插线板使用不规范，乱拉乱放



理工楼 1425 房间：实验室堆放杂物（纸木箱子）过多，有消防隐患；电线布置不规范。



理工楼 1426 房间：实验台面乱放杂物，桌面有浮灰，卫生差。





格致楼 1023 房间：放置多台电脑（可能是计算服务器），
房间很热



格致楼 1010 & 1012 房间：房间脏乱、放置大量无用物


品



格致楼 2013 房间：高温炉整晚开着，无人值守



格致楼 2023 房间：易制毒品随意放置、垃圾桶满



格致楼 1037-1 房间：门坏未报修、无法锁门。




格致楼 1037-2 房间：脏乱、无用物品随地放置



格致楼 1033 房间：冷却水临时随意连接



格致楼 1031 房间：高温炉气氛管路随意连接、极不安全。



格致楼 1025 实验室：气瓶未固定。

